



Protocol voor bescherming unit tegen biofilm-vorming: Flessensysteem

| Wanneer | Actie | In werktijd |
|--------------------------|---|--|
| Elke dag | Doorspoelen leidingen met water | <p>1.1 Spoel elke dag voorafgaand aan de eerste behandeling de leidingen van alle instrumenten die met water werken door zodanig dat het water uit de behandelunit in de leidingen en reservoirs totaal ververs is. Dit duurt bij een split behandelunit 90 seconden, bij overige behandelunits 20 seconden.</p> <p>1.2 Spoel na iedere patiënt de leidingen van alle gebruikte instrumenten die met water werken 10 seconden door.</p> |
| | | Indien gebruik van een flessensysteem |
| Elke dag | Reiniging/ desinfecteer/ droog Fles | <p>2.1 Ontkoppel de waterfles</p> <p>2.2 Leeg de waterfles</p> <p>2.3 Spoel de binnenzijde grondig met heet kraanwater</p> <p>2.4 Was de binnenzijde met een zeepoplossing en met behulp van een pijpenrager.</p> <p>2.5 Was de buitenzijde met een zeepoplossing</p> <p>2.6 Spoel de binnen- en buitenzijde nogmaals met water</p> <p>2.7 Vul de (lege) waterfles met 200 ml NaOCL 3 % (Natrium Hypochloriet) of Alcohol 70%.</p> <p>2.8 Sluit de fles af met een gehandschoende hand en schudt de waterfles voorzichtig gedurende 20 seconden</p> <p>2.9 Laat de waterfles minimaal 2 minuten staan</p> <p>2.10 Leeg de waterfles</p> <p>2.11 Spoel de waterfles grondig om met schoon kraanwater</p> <p>2.12 Laat de fles ondersteboven aan de lucht drogen middels een droogrekje.</p> |
| | | Indien gebruik van Bilpron |
| Woensdag en weekeinde | Gebruik Bilpron | <p>3.1 Waterfles na afloop van de werkzaamheden vullen met onverdunde Bilpron (+- halve fles).</p> <p>3.2 Alle functies laten lopen zodat alle waterwegen zich volledig met Bilpron vullen.</p> <p>3.3 De Bilpron dient minimaal 12 uur in alle waterwegen te blijven.</p> <p>3.4 Na minimaal 12 uur alle waterwegen net zo lang doorspoelen tot er helder water uit komt.</p> <p>3.5 Volg de stappen vanaf 2.1 t/m 2.6</p> |

U dient uw waterfles (en slang) te vervangen in de volgende gevallen:

- Zichtbare beschadigingen
- Niet verwijderbare verontreinigen aan binnen of buitenzijde
- Na +/- één of twee jaar (vraag na bij uw dealer/fabrikant)